

**会社名:株式会社ダイトーマイテック**

**対象機種**

- ・デジタルラジオグラフィー MXI-910、MXI-910G
- ・画像処理ソフトウェア MXIScan

**推奨パラメーター**

パラメーター名称	推奨値	
ガンマカーブ(GID)	11	12
明るさ(GS)	0 ~ 3	-3 ~ 2
コントラスト(GR)	1 ~ 5	-3 ~ 2
GC	1400	1400
強調処理タイプ	4	3
強調処理特性	1	1
強調処理強度	9 ~ 14	9 ~ 14
DR 圧縮タイプ	0	0
DR 圧縮特性	1	1
DR 圧縮強度	12 ~ 15	10 ~ 15

資料作成年月日:2022年3月24日